



LAB 01 – P13 – REV0 - 2006 - 5

**VALIDATIE VAN DE APPARATUUR IN HET KADER VAN DE OFFICIËLE BEPALING VAN DE  
KWALITEIT EN SAMENSTELLING VAN MELK**

**Datum van toepassing : 2006/01/01**

Opgesteld door: DG Laboratoria – Hoofdbestuur	Goedgekeurd door: DG Laboratoria – Hoofdbestuur
Coördinator  	De directeur-generaal,  
Hélène Rabahié Datum: 2006/01/23	Geert De Poorter Datum: 2006/01/27

F.A.V.V.  
DG laboratoria  
WTC III – 20<sup>ste</sup> verdieping  
Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel  
Tel. 02-208 49 78 - Fax 02-208 49 75



A.F.S.C.A.  
DG Laboratoires  
WTC III – 20<sup>ème</sup> étage  
Bd. Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles  
Tel. 02-208 49 78 - Fax 02-208 4975

## INHOUDSTAFEL

<b>1. Doelstellingen en toepassingsgebied .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Doelgroep .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Bijhorende documenten.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Definities en afkortingen .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Validatie van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling     van de kwaliteit en de samenstelling van melk .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 Voorvereiste .....</b>	<b>4</b>
<b>5.2 Procedure .....</b>	<b>4</b>

# **VALIDATIE VAN DE APPARATUUR IN HET KADER VAN DE OFFICIËLE BEPALING VAN DE KWALITEIT EN SAMENSTELLING VAN MELK**

## **1. Doelstellingen en toepassingsgebied**

Volgens de artikels 3 en 4 van het M.B. van 6 november 2001 gewijzigd door het M.B. van 13 september 2004, moeten de routinemethoden en de apparatuur gebruikt voor de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk, voorafgaand erkend zijn door het bestuur Laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Elke verwerving van een nieuwe apparatuur moet vooraf aan het FAVV worden gemeld.

Het bestuur Laboratoria zal een beslissing nemen, voor wat de erkenning betreft, na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De lijst met erkende routinemethodes en erkende apparaten wordt jaarlijks gepubliceerd in een omzendbrief.

In het protocol tussen de Gewesten – Federale staat betreffende de melkproducten, zal de erkenning van elk nieuw apparaat, voor gebruik bij de bepaling van de samenstelling van de kwaliteit van melk, gebeuren in onderlinge overeenstemming tussen de Gewesten en het Voedselagentschap.

Het Agentschap levert twee soorten erkenningen af :

- de erkenning van de routinemethodes en/of de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk ;
- de validatie van de apparaten in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.

Deze procedure beschrijft de verschillende etappes van de validatie van nieuwe apparatuur verworven door de Interprofessionele controle-organismen van melk in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.

## **2. Doelgroep**

- De interprofessionele organismen
- Het Wetenschappelijk comité » en zijn secretariaat
- De Wetenschappelijke begeleiding
- De Gewesten
- De personen betrokken bij de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk in de besturen Controle en Controlebeleid.
- De website van het FAVV
- De FOD Volksgezondheid

## **3. Bijhorende documenten**

LAB 01 - L 01 – REV1 – 2006 – 3: Lijst met erkende routinemethoden en apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.

LAB 01 – P12 – REV0 – 2006 - 5: Voorafgaande aanvraag tot erkenning van de routinemethoden en apparatuur en voorafgaande aanvraag tot validatie van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.

LAB 01 – P14 – REV1 – 2006 - 6: Erkenning van de routinemethoden en/of de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.

#### 4. Definities en afkortingen

- IO : Interprofessioneel organisme
- FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- ILVO : Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – technologie en voeding
- CRA-W-DQPA : Centre wallon de Recherche agronomique - Département Qualité des Productions agricoles
- Aanvrager : persoon die een erkenningsaanvraag indient, dit kan een interprofessioneel organisme, een privé-bedrijf of een fysieke persoon zijn.

#### 5. Validatie van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk

##### 5.1 Voorvereiste

- Vooraleer een dossier tot validatie van apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk wordt ingediend, moet de aanvrager vooraf bij het FAVV een aanvraag indienen waaruit kan afgeleid worden dat zijn dossier betrekking heeft op een erkenning of een validatie.

Voor het onderscheid tussen een erkenningsaanvraag en een aanvraag tot validatie, zie procedure LAB 01 - P12 – REV0 – 2006 - 5 : « Voorafgaande erkenningsaanvraag van de routinemethoden en apparatuur en voorafgaande aanvraag tot validatie van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk ».

- Wanneer de apparatuur **exclusief** bestemd is voor de officiële bepaling van de samenstelling van melk, worden de procedures tot erkenning of validatie van de routinemethodes en de apparatuur overgelaten aan het oordeel van de Waalse en Vlaamse gewesten. Het FAVV komt niet tussen in deze procedures.
- Wanneer apparatuur **tegelijkertijd** wordt gebruikt voor de bepaling van de **samenstelling** en **kwaliteit** van melk, staat het FAVV in voor de erkenning (zie hieronder).

##### 5.2 Procedure

A/ De aanvrager heeft vooraf een aanvraag ingediend bij het FAVV waaruit kan afgeleid worden dat zijn dossier betrekking heeft op een erkenning of een validatie. Hij heeft bevestiging gekregen dat het om een aanvraag tot validatie ging.

B/ De aanvrager stuurt een gedetailleerd dossier van de erkenningsaanvraag naar het bestuur Laboratoria :

FAVV, DG Laboratoria,  
WTCIII  
30, Simon Bolivarlaan  
1000 Brussel

Dit dossier omvat de volgende documenten :

- Naam en adres van de aanvrager
- Validatieverslag van de apparatuur in het kader van de ISO 17025 norm. Het validatieverslag werd goedgekeurd door één van de twee Belgische onderzoekscentra (ILVO ou DQPA). De aanvraag moet eveneens aan minstens 3 ring tests onderworpen zijn.

- C/ Het bestuur Laboratoria bevestigt de ontvangst van de aanvraag en behandelt het dossier.
- D/ Het bestuur Laboratoria onderzoekt het validatiedossier en vraagt eventueel bijkomende inlichtingen.
- E/ Het bestuur Laboratoria beslist over de validatie van het apparaat ; of dit door de aanvrager mag gebruikt worden in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit van melk, onder welke omstandigheden dit gebeurt en deelt deze beslissing per brief mee aan de aanvrager.
- F/ De gevalideerde apparatuur wordt toegevoegd aan de lijst met erkende routinemethoden en apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.
- G/ Alle wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden van de apparatuur en/of de werkmethode moeten gemeld worden aan het FAVV. Het Agentschap gaat dan na of een dossier tot erkenning of validatie eventueel opnieuw moet worden ingediend.